

入札公告

条件付一般競争入札を施行するので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の6の規定に基づき、下記により公告する。

令和7年（2025年）11月10日

下関市上下水道事業管理者
上下水道局長 伊南 一也

- 1 件名
洗浄機 1台
- 2 納入場所
別紙「仕様書」のとおり
- 3 仕様等
別紙「仕様書」のとおり
- 4 納入期限
令和8年3月13日
- 5 入札条件

本物品の入札に参加できる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

- (1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4の規定に該当しないこと。
- (2) 下関市物品・役務競争入札参加有資格者名簿で業種（大分類）の「薬品・検査用品」に登録され、地域区分が「市内」「準市内1」「準市内2」のいずれかであること。
- (3) この公告の日から本物品の入札の日までの間に、下関市競争入札参加有資格者指名停止等措置要綱に基づく指名停止の措置（以下「指名停止措置」という。）を受けていないこと。
- (4) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続き開始の申立てがなされている者（民事再生法に基づく再生計画の認可決定を受け、かつその取消しの決定を受けていない者を除く。）でないこと。

(5) 入札に参加しようとする者の中に資本関係又は人的関係がないこと。

6 申請方法

下関市上下水道局物品購入に係る条件付一般競争入札実施要領に定める入札参加資格確認申請書（物品購入）（様式第1号）をファクシミリを使用して提出すること。（FAX番号083-231-3338）

7 申請書提出期間

令和7年11月10日（月）午前9時から

令和7年11月14日（金）午後5時まで

8 入札参加資格の決定

入札参加資格の審査結果は、令和7年11月17日（月）までにファクシミリにより通知する。承認の通知を受けた者は、入札参加資格があるものとする。

9 質問の方法

ファクシミリによること。（FAX番号083-231-3338）

質問の期限は、令和7年11月19日（水）午後5時までとする。

質問の回答は、後日速やかに入札参加者全員に回答する。

10 契約条項を示す場所及び日時

(1) 契約条項を示す場所

下関市上下水道局総務課

(2) 日時

令和7年11月10日（月）午前9時から

令和7年11月14日（金）午後5時まで

11 入札日時等

(1) 入札日時 令和7年11月21日（金）午前10時00分

(2) 入札場所 下関市上下水道局 入札室

12 入札保証金

下関市上下水道局会計規程による。ただし、納付が必要である者については、後日通知する。

13 契約保証金

下関市上下水道局会計規程による。ただし、下関市上下水道局会計規程第193条の規定に該当する場合は免除とする。

14 入札書に記載する金額

落札に当たっては、入札書に記載された金額に課税部分の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額(消費税及び地方消費税相当額を含んだ金額)の課税部分の110分の100に相当する金額に非課税及び不課税部分の金額を加算した金額を記載すること。

15 その他

- (1) 入札参加申請を行った者のうち、入札参加資格がないと認められた者は、その通知を受けた日の翌日（休日の場合はその翌日）までに書面を下関市上下水道局総務課に持参することにより、その理由について説明を求めることができる。
- (2) (1)に対する回答は、説明を求めた者に対し、速やかに回答する。
- (3) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び下関市上下水道局物品購入契約に係る入札心得等入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
- (4) 入札参加者が入札日までに入札条件を満たさなくなったときは、その者のした入札は無効とする。
- (5) 入札において、事故が起きたときや不正な行為があると認めたときは、入札を中止し、又は延期する場合がある。
- (6) 落札者が、契約までに入札条件を満たさなくなったとき、又は指名停止措置を受けたときは落札決定を取り消し、契約を行わないものとする。
- (7) 初度入札において落札候補者がいない場合は、再度入札を行う。再度入札は、2回までとする。
- (8) 同等品で応札する場合は、令和7年11月19日（水）午後5時までに、総務課において同等品の確認を受けること。
- (9) 入札書等の契約に関する書類の作成に当たっては、記載した文字等を容易に消去することのできる筆記用具（消せるボールペン等）は使用しないこと。

仕様書

1 件名 洗浄機 1 台

2 納品期限 令和 8 年(2026 年)3 月 13 日

3 納品場所 山陰終末処理場 管理棟一階 水質試験室
(下関市大字垢田字洞の上)

4 性能

- (1) 洗浄方式は上中下段回転噴射ノズル方式であること
- (2) 洗浄からすすぎまで自動運転で行われること
- (3) 洗浄及びすすぎ時間をそれぞれ設定できること
- (4) 給水温度が常温～80°Cで使用可能であること
- (5) 加温ヒーターを内蔵していること
- (6) 排水方式は熱水の冷却とポンプによる強制排水方式であること
- (7) 安全装置として漏電・過電流ブレーカー、扉ロック及び漏水検知器を備えていること
- (8) 外形寸法が幅 600mm×奥行 600mm×高さ 900mm 以下であること
- (9) 既存の電源設備 (AC200V 三相 30A) にブレーカー直結で使用可能であること
- (10) 電源コードが 2m 以上あること

5 付属品

- (1) 標準付属品 一式
- (2) スライド式ジェットラック A5 1 個
噴射ノズル本数が 36 本以上あること



6 サポート体制

既存の電源設備

- (1) 装置に不具合、故障が生じた場合に修繕等の対応が可能であること

(2) 本装置の操作及び維持管理に関する日本語のマニュアルを付属すること

7 据付調整及び注意事項

- (1) 給排水は下水道施設課 1 階水質試験室の既存の設備を使用すること
- (2) 事前に据付場所を確認したい場合は、申し出ること
- (3) 据付の日程は、下関市上下水道局担当者との打合せにより決めること
- (4) 現在使用している洗浄機（ヤマト科学 AWD62）を撤去すること
- (5) 据付時に必要な機材は、受注者が負担すること
- (6) 据付調整後、担当者立会いのもと正常に作動することを確認すること
- (7) 受注者は、受注者の責めに帰すべき理由により、発注者及び第三者に損害を与えたときはその損害を賠償すること
- (8) その他、疑義が生じた場合は、担当者の指示に従うこと

担当者 下関市上下水道局 下水道施設課 水質係 江添

電話：254-4684 FAX：254-4606

8 参考機種（※同等品可）

ヤマト科学 ラボラトリーウォッシャー AWD510
スライド式ジェットラック A5 291063