

仕 様 書

- 1 件 名 生物顕微鏡デジタルカメラシステム 1式
- 2 納入場所 下関市上下水道局 下水道施設課
(下関市大字垢田字洞の上)
- 3 納 期 令和8年10月30日
- 4 機器仕様 以下のとおり

(1) 生物顕微鏡

ア 接眼レンズ

三眼であり、倍率10倍以上であること。

イ 対物レンズ

アクロマートレンズを使用し、倍率4倍～100倍まで調整できること。

ウ 鏡筒部分

三眼鏡筒であり、三眼分配比率は50：50であること。

エ レボルバ

4穴以上であること。

オ ステージ

メカニカルステージであり、スライドを保持できること。

カ 照明装置

LED照明であること。

キ 本体サイズ

幅22cm×奥行40cm×高さ40cm±10cmであること。

(2) デジタルカメラシステム

ア 映像出力

HDMI接続でモニタに映像を出力できること。

イ 有効画素数

200万画素以上であること。

ウ 静止画及び動画保存

SDカード又はmicroSDカードに撮影した静止画及び動画を保存できること。

エ 上記(1)の生物顕微鏡と接続し撮影できること。

(3) 付属品

ア デジタルカメラシステム

HDMI 接続モニター（11インチ以上）、HDMI ケーブル、USB マウス

5 参考機種

- (1) メーカー 株式会社 島津理化
- (2) 参考製品 生物顕微鏡 Panthera E2
デジタルカメラシステム Moticom 1080NBH